

CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO CON MARCAPASOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO CON MARCAPASOS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 10

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

	<ul style="list-style-type: none"> • Desfibrilación manual • Desfibrilación automática DEA • Cardioversión sincronizada • Monitoreo continuo - MODO MARCAPASOS • Tecnología LCD a color de 7" o mas • Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español • Memoria para almacenar sucesos • Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación • Energía seleccionable por pasos, modo bifásico • Capacidad de autodescarga cuando no se utilice • Capacidad de cargas en 7 segundos o menos a 200 Joules • Tecla SYNC en el panel frontal • Paletas tamaño pediátrico/infantil • Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independiente • Alarma para frecuencia cardiaca y ritmo que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras • Dos trazos de ECG a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones I, II, III • Alarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras • Para papel de 50mm con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados • Batería interna recargable • Carga de batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido • Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 90 minutos de monitoreo • Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación de acuerdo con la norma CEE 7/4 Tipo F (Schuko) • Palas externas para pacientes Pediátricos y Neonatales (par) • Cable para ECG de 3 vías (uno) • Rollo de papel adecuado para el equipo ofertado
	<ul style="list-style-type: none"> • Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 90 minutos de monitoreo • Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación de acuerdo con la norma CEE 7/4 Tipo F (Schukov) • Palas externas para pacientes Pediátricos y Neonatales (par) • Cable para ECG de 3 vías (uno) • Rollo de papel adecuado para el equipo ofertado • Garantía de funcionamiento del equipo de un año.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--