

FRONTOLUZ	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>1</b>	<b>Datos Generales</b>
	Descripción: FRONTOLUZ
	<b>Marca:</b>
	<b>Modelo:</b>
	<b>Origen:</b>
	<b>Dirección web del fabricante:</b>
	Cantidad: 18
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 9001
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
<b>2</b>	<b>Características</b>
	Fotóforo frontal LED. Fotóforo frontal, con articulación esférica y altura regulable, con estribo de suspensión en forma de U que incluya cinta frontal con banda cruzada, cable de luz de fibra óptica y sujeta cables con cinta.
	frontal LED
	Tecnología de lentes líquidas o fluidas en combinación con LED de alto rendimiento.
	Tamaño del campo luminoso con ajuste variable de 30mm a 150mm aproximadamente, desde una distancia de 40cm.
	Potencia luminosa regulable en al menos 2 niveles.
	Lámparas LED blancas que puedan iluminar en un nivel alto de 30.000 lux o mayor, nivel medio de 20.000lux o mayor y nivel bajo de 10.000 lux o mayor.
	Vida útil aproximada de la lámpara no menor a 45.000 horas.
	Posibilidad de ajuste progresivo de la posición y la inclinación de la lámpara, para orientar la dirección de la iluminación y la mirada. Cinta craneal ajustable.
	Autonomía de la batería de 17 horas o mayor.
	Indicación del nivel de la batería mediante LED de estado y luz intermitente para avisar de que las pilas se están agotando.
	Debe incluir cargador de 2 baterías y 2 baterías recargables.
<b>3</b>	<b>Garantía</b>
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
<b>4</b>	<b>Documentación</b>

	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.