

# ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 130

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

- Vacío máximo de 58 cm/Hg. Caudal de aspiración de 31 l/min.
  - Regulación mecánica del vacío.
  - Recipiente con capacidad máxima de 2000ml de vidrio con válvula anti-desborde.
  - Posee vacuómetro.
  - Diámetro del conector 9,5mm.
  - Modo continuo de funcionamiento.
- Incluye 2 frascos de repuesto de 2000 ml.

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

### 4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.