


MICROSCOPIO CON CÁMARA INCORPORADA Y MONITOR DE 40 PULGADA EN ALTA RESOLUCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Datos Generales
	Descripción: MICROSCOPIO CON CÁMARA INCORPORADA Y MONITOR DE 40 PULGADA EN ALTA RESOLUCIÓN.
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	Ópticas apocromáticas en todo el sistema óptico del microscopio.
	Cabezal trinocular
	Revolver quintuple porta objetivos con sistema de cojinetes a bola y cinco objetivos plan acromáticos
	Sistema de iluminación LED o halogena para exámenes en campo claro, con intensidad regulable.
	Alimentación eléctrica: 220V/50Hz.
	Cámara fotográfica integrada en el microscopio de alta definición con conexión USB, HDMI o WIFI, para fotos y videos, con resolución de la captura de 720 a 1080p y software de instalación compatible con windows
	Fototubo adaptador, para cabezal trinocular, para cámara fotográfica de 22 mm a 30,5 mm.
	Monitor de 40 pulgadas LED FULL HD, conexión HDMI, USB y WIFI.
	Objetivos acromaticos: 4x, 10x, 20x, 40x y 100x (de inmersión)con sistema de protección antihongos.
	Platina mecanica de coordenadas X-Y con ajuste macro y micrometrico y pinza para laminas portaobjetos.
	Fuente de luz: LED o halogena 6V/30W aproximadamente, Corrección o balanceo de luz (filtro azul).
	Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ± 5 en los dos oculares con protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos.
	Cobertores contra polvo geoméricamente similar a la superficie externa del equipo.
	UPS adecuada para los equipos ofertados con toma de alimentación tipo Schuko.
	Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación

	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.