

LAMPARA INFRARROJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: LAMPARA INFRARROJA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Aparato Infrarrojo para Fisioterapia.

Con interruptor de encendido y apagado

Regulable en altura mínimo 1 metro máximo 1.20 metros

Estructura metálica en acero pintado con pintura epoxi

Base con 4 ruedas giratorias

Con brazo articulado y cabezal que permita movimiento para mejor direccionamiento del foco de luz.

4 focos de repuesto

Alimentación eléctrica de 220 V/50 Hz.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.