


SET DE DIAGNOSTICO FISIATRICO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: SET DE DIAGNOSTICO FISIATRICO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	ESTRUCTURA DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
	MANGO PARA BATERÍAS
	UN MANGO DE LINTERNA EN L PARA ILUMINAR LA CAVIDAD ORAL Y FARINGE CON PORTA Y BAJA LENGUAS.
	DOS ESPEJOS LARÍNGEOS QUE SE ENSAMBLAN CON EL ILUMINADOR #4 Y #5
	UN OFTALMOSCOPIO CON CARRETE DE LENTES CORRECTORES CON DIOPTRIAS DE 20 A -20
	RINOSCOPIO CROMADO CON APERTURA VARIABLE
	OTOSCOPIO CROMADO CON PUNTAS REMOVIBLES, TRES ESPÉCULOS REUSABLES 2.5 ;3.5; 4.5MM
	MARTILLO DE PERCUSIÓN
	DIAPASÓN DE ALUMINIO C 128 HZ
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.