


RESUCITADOR PEDIATRICO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
Descripción: RESUCITADOR PEDIATRICO	
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad: 10	
Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.	
Norma de calidad General: ISO 13485	
Imagen de referencia:	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
Resucitador manual pediátrico.	
Para respiración artificial de apoyo a los ventiladores y máquinas de anestesia y resucitación cardiopulmonar. Cuerpo Material: de PVC libre 100% de latex, de 500 ml.	
Transparente, autoclavable, con valvula de seguridad sobre presiones, componentes sin latex	
Incluye válvula peep, mascarilla íntegra de silicona, bolsa reservorio de 400 ml, tubo para suministro de oxígeno y conector universal.	
3	Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.	
Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).	
4	Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.	
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.	
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.	