


| ESPATULA DE YESO   |                 |
|--|-----------------|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  |                 |
| 1  | Datos Generales |
| Descripción: ESPATULA DE YESO  |                 |
| Marca:   |                 |
| Modelo:  |                 |
| Origen:  |                 |
| Dirección web del fabricante:  |                 |
| Cantidad: 12   |                 |
| Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.   |                 |
| Norma de calidad General: ISO 13485  |                 |
| Imagen de referencia:  |                 |
|   |                 |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN  |                 |
| 2  | Características |
| ESPATULA DE YESO DE MATERIAL PLASTICO  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía.</li><li>• Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de la recepción del equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones.</li><li>• Catálogos en idioma español, portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.</li></ul> |                 |
| 3  | Garantía        |
| Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.  |                 |
| Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).  |                 |
| Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía  |                 |
| 4  | Documentación   |
| Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.   |                 |
| Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.  |                 |
| Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.   |                 |