


CHORRO DE BICARBONATO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
Descripción: Chorro de Bicarbonato	
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad: 10	
Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.	
Norma de calidad General: ISO 13485	
Imagen de referencia:	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
<p>Aeropulidor de Bicarbonato Supragingival AP-H</p> <p>Aparato dental que utiliza aire comprimido que pulveriza polvo y agua sobre la superficie dental con el objetivo de eliminar el biofilm, pigmentos, placa blanda y procesos de pulido. Permite un uso más cómodo y eficaz, sin causar abrasiones y con menor probabilidad de dañar los tejidos blandos respecto de otros métodos como con ultrasónicos tradicionales.</p> <p>Características del Aeropulidor de Bicarbonato Supragingival AP-H:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergonómico y ligero, con un peso de tan solo 125 gramos. • Pieza de mano separable en 3 partes que proporciona un fácil mantenimiento. • Diseño antirretorno de agua y polvos para evitar atascos. • Cabeza mini con giro de 360º para una visión óptima de la zona de trabajo y con un diseño estilizado. • Diseñado para su uso con polvos de Bicarbonato y Glicina. • Depósito superior transparente que permite ver la cantidad de polvo restante. <p>Características de la pieza de mano supragingival AP-1 Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para tratamiento supragingival, elimina el biofilm y el cálculo blando hasta de las zonas de más difícil acceso. • Salida de polvo concentrada y precisa: <ul style="list-style-type: none"> o Diámetro de salida del polvo: 0,7 mm. o Diámetro de salida de agua: 1,4mm. • Tamaño polvo recomendado: 40 – 65µm (Bicarbonato o Glicina). • Esterilizable 134°C. • Garantía: 12 meses sobre la pieza de mano. <p>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía. • Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de la recepción del equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. • Catálogos en idioma español, portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. 	
3	Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.	
Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).	
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía	
4	Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.	
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.	
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.	