

CAJA DE CIRUGIA MENOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Caja con set de instrumentales para cirugía menor

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 104

Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

DATOS GENERALES: Todos los instrumentales deben estar fabricados con acero quirurgico sanitario autoclavable a 135°C, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillante, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, las medidas pueden variar en +/- 1cm, compuesto por:

* 2 Pinza Hemostática con diente Curva 18 cm

* 2 Pinza Hemostática con diente Recta 18 cm

* 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo

* 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta

* 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm

* 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm

* 1 Porta Aguja Mayo-Hegar 18 cm

* 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm

* 1 Mango Bisturí Nº 4

* 1 Pinza Foerster Recta 20 cm

* 1 Tijera Mayo Curva 18 cm

* 1 Tijera Mayo Recta 18 cm

* 1 Pinza Anatómica Adson con diente 16 cm

* 1 Pinza Anatómica Adson sin diente 16 cm

* 1 Pinza Halsted Recta con diente 12 cm

* 1 Pinza Halsted Recta sin diente 12 cm

* 1 Tijera Metzenbaum Recta 18 cm

* 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 40x20x10cm aproximadamente, capaz de contener a todos los instrumentales.

OTROS REQUERIMIENTOS: El comité evaluador podrá solicitar al oferente una muestra de una caja con instrumentales, para la realización de pruebas en autoclave.

3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.