

OFTALMOSCOPIO A BATERIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: OFTALMOSCOPIO A BATERIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 24

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Cabezal

Sistema óptico Asférico

Mínimo con 28 lentes correctivas individuales

Lentes con dioptrías de -36D a +38 D, como mínimo que permitan 74 pasos en una dioptría.

Con al menos 6 diafragmas: Filtro azul, estrella de fijación con coordenadas polares, círculo grande, círculo pequeño, hendidura.

Sistema de atenuación continua entre el 3% y el 100% o mejor

Tipo de iluminación: Xenón Halógena o LED

Marco de aluminio fundido o mejor. Carcasa de gran resistencia. Armazón a prueba de polvo

Durabilidad de la bombilla: 15 horas de funcionamiento como mínimo

Mango

Mango metálico antideslizante. Con mecanismo de encendido y apagado.

"Con batería recargable de iones de litio o mejor,

con pieza de fondo para conexión USB y conexión compatible con el cargador de la Columna."

Accesorios

Incluir 3 (tres) Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena

1 (una) batería recargable de iones de litio o mejor (se debe proveer una batería por equipo)

Estuche rígido original para transporte del equipo

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.