


MOTOR PARA ENDODONCIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
Descripción: Motor Para Endodoncia	
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad: 1	
Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.	
Norma de calidad General: ISO 13485	
Imagen de referencia:	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
<p>Motor para endo digital con localizador incluido, digital con Contra Angulo, Electrico 220Volts. Endo Radar PLUS Motor endodoncia Woodpecker DTE con localizador de ápices integrado.</p> <p>Gran display luminoso, base inalámbrica y pieza de mano inalámbrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima. En los casos de existir: cada uno con diferentes grupos de programación según longitud y conicidad de la lima. <p>14X programas completamente personalizables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo ARI: Adaptative Reciprocating Intelligent o Reciprocación Inteligente Adaptativa. <p>¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.</p> <p>Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 simples donde se puede parametrizar: torque, velocidad, auto rev / auto stop / OFF, movimiento horario / movimiento antihorario. • 3 reciprocantes (SGP – Safety Glide Path) donde se puede parametrizar: torque, velocidad y los ángulos del movimiento reciprocante al detalle (¡cada 10°!). • 2 ATR (Adaptative Torque Reverse) uno movimiento horario y otro movimiento antihorario. <p>Localizador de ápice: Máxima precisión con sus 10 niveles de detalle y la posibilidad de marcar el punto apical de aviso que deseemos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micromotor inalámbrico con localizador de ápices. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía. • Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de la recepción del equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. • Catálogos en idioma español, portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. 	
3	Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.	
Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).	
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía	
4	Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.	
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.	
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.	