

FIBROBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: FIBROBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

•Gran ángulo visual

•Impermeable, completamente sumergible en líquidos para limpieza y desinfección

•Acomodamiento: 180º arriba, 100º abajo (+/-10º).

•Dirección visual: 0º"

•Ángulo de abertura: 90º

•Longitud útil: 54cm (+/-3cm)

•Longitud total: 80cm (+/-3cm)

•Diámetro interior del canal de trabajo: 1.5mm

•Diámetro exterior del extremo distal: 3.6 a 3.7mm"

•Maletín de transporte

•Tapón compensador de presión

•Tester de estanqueidad

	•Protector dental, al menos 100 unidades descartables
	•Cepillo de limpieza, al menos 50 unidades
	•Pinza para biopsia, forma de cuchara, flexible, abertura bilateral, redondas. Longitud no menor a 100cm. 10 unidades descartables o una unidad reutilizable
	•Pinza para agarre, tipo cocodrilo, flexible, abertura bilateral. Longitud no menor a 100cm. 10 unidades descartables o una unidad reutilizable
	•Fuente de luz fría LED, portátil, a pilas recargables, luminosidad >110lm / 150klx, temperatura de color 5500k.
	•Autonomía de al menos 30min, peso menor a 180gr.
	•10 pilas para uso con la fuente de luz solicitada
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.