

GENERADOR DE MARCAPASO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: GENERADOR DE MARCAPASO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 7

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

1.5 Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Control de captura ventricular, Informes de los histogramas
- Histogramas de la frecuencia cardíaca
- Informes de los histogramas.
- Perfil de frecuencia indicado por el sensor.
- Diagnósticos seleccionados por el médico.
- Tendencia de la frecuencia personalizada.
- Datos del control de captura ventricular
- Datos de frecuencia rápida.
- Conector IS-1, bipolar.
- Con electrodo correspondiente de Fijación Pasiva con aletas, liberación de esteroides, aprox. 58 cm de longitud.
- Control de captura ventricular/ atrial censado asegurado vent./ atrial

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

Declaración Jurada donde se garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 3 años después de la adquisición del equipo, emitida por el fabricante o el proveedor.

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--