

CAJA DE COLUMNA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción:	CAJA DE COLUMNA
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad:	1
Normas de calidad específicas:	CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General:	ISO 9001
Imagen de referencia	



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Material:	Acero Inoxidable
Contener al menos .	
Dos insertos para columna. O más.	
Dispositivo de Posicionamiento para tornillos lumbares:	
70-7787 para tornillos de 05 mm	
70-7757 para tornillos de 05.5 mm	
70-7758 para tornillos de 06.5 mm	
Dispositivo de empuje de Varillas con mango en T (70-7782).	
Funda de Protección de 5 mm para 70-7780 (70-7759).	
Destornillador Quirúrgico pedicular (70-7780).	
Cable Guía (alambre) (70-7781).	
Pinza Quirúrgica para doblar Varillas P/Spine (70-7785).	
Destornillador P/Spine para Tornillos de Fijación (70-7788):	
Vaina Guía para 70-7788 (70-7809).	
Llave Dinamométrica P/Spine 8Nm forma T (70-7790).	
Dispositivo Anti-rotación (70-7791).	
Medidor de Profundidad P/Spine (70-7794).	
Pinza Sujetadora de Varilla P/Spine (70-7795).	
Trocas Canulado para 70-7796 A/B (70-7796).	
Pasador de posicionamiento P/Spine con volante de mano (70-7796A).	
Dispositivo de fijación P/spine para 70-7796 (70-7796B).	
Forceps de Distracción P/Spine (70-7797).	
Fórceps de Compresión P/Spine (70-7798).	
Manija en T P/Spine (70-7799).	
Pinza de Palanca de Vértebras P/Spine Curva (70-7808).	

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.