


KITS DE LIMAS ROTATORIAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: Kit de Limas Rotatorio
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 20
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia:
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	<p>Conjunto de Limas, Surtido diferente medida y calibre compatible con motor para endo. Limas para endodoncia rotatoria mecanizada ONLY ONE FILE Una sola lima hace todo el trabajo y termina el canal Con tecnología de níquel titanio Azul de memoria activada por calor. (al calentarse regenera su forma original)</p> <p>Atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> +Nueva aleación NITI AZUL de gran flexibilidad y filo que gracias a su control de memoria al exponer al calor, recupera luego del uso. +Capacidad de resistencia a la fractura 50% superior a los NITI convencionales +Producto con el diseño mas usado del mercado de limas reciprocantes +Utilizable con todos los motores para endodoncia a 150 / 350rpm +Usar con torque 2.0n.cm +Movimiento Reciprocante de 150º y 30º <p>CONTENIDO DEL BLISTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 instrumento rotativo de cada uno - agarre CA R25 25mm 025R25 - conformado y acabado del canal R40 25mm 025R40 - conformado y acabado del canal R50 25mm 025R50 - conformado y acabado del canal
	<ul style="list-style-type: none"> • Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía. • Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de la recepción del equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. • Catálogos en idioma español, portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.