

CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 18

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Construcción en acero reforzado rectangular 30x40x1,5"mm.
- Tapizado de gran densidad, espuma de poliuretano forrado en cuerina lavable.
- Pintura electrostática en polvo, con eficacia anticorrosiva por fosfatación.
- Taloneras y piñeras en acero inoxidable.
- Cabecero y piecero articulado mediante cremallera.
- Cubeta para restos profunda y desmontable.
- Banquillo de acceso (escalerilla con goma antideslizante) con estructura rectangular de acero.
- Regatones de goma antideslizante en las cuatro patas
- Medidas: 1,90m de largo x 0,70m de ancho aprox. y 0,85m de altura aprox. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de +/- 0,05m aprox.
- Capacidad de 180Kg como mínimo
- ACCESORIO: Escalerilla de 2 peldaños con estructura rectangular metálica, escalones texturizados con antideslizante sistema de sujeción invisible, estructura esmaltada con pintura electrostática, con regatones de alto impacto para mayor estabilidad

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.