

# FIBROBRONCOSCOPIO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: FIBROBRONCOSCOPIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

- Gran ángulo visual
- Impermeable, completamente sumergible en líquidos para limpieza y desinfección
- Acomodamiento: 180° arriba, 100° abajo (+/-10°).
- Dirección visual: 0°

- Ángulo de abertura: 110°
- Longitud útil: 54cm (+/-3cm)
- Longitud total: 80cm (+/-3cm)
- Diámetro interior del canal de trabajo: 2.3mm
- Diámetro exterior del extremo distal: 5.2mm

- Maletín de transporte
- Tapón compensador de presión
- Tester de estanqueidad
- Protector dental
- Cepillo de limpieza
- Pinza para biopsia, forma de cuchara, flexible, abertura bilateral, redondas, 1.8mm, longitud 120cm (+/-10cm) aprox.
- Pinza para biopsia, forma de cuchara, flexible, abertura bilateral, redondas, 1.8mm, longitud 120cm (+/-10cm) aprox.
- Fuente de luz fría LED, portátil, a pilas recargables, luminosidad >110lm / 150klx, temperatura de color 5500k.
- Autonomía de al menos 30min, peso menor a 180gr.
- Cargador para fuente de luz portátil

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
<b>4</b>	<b>Documentación</b>
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.