

CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	<ul style="list-style-type: none"> •Teclado de alta durabilidad, número de teclas: 8 como mínimo. •Visor digital, registro de leucocitos informando el total general y los valores correspondientes a cada tipo de célula. <ul style="list-style-type: none"> •El conteo diferencial debe tener la capacidad de contar hasta 100 células, alarma sonora y bloqueo automático al llegar a la cuenta de cien células contadas. •Número de ventanas Ventana: LCD 9x3-Dígitos (Incluye para la cantidad total). •Función de las teclas: 4 botones de funciones (+/-, %, RECONFIGURACION, FUNCION). •Accesorio estándar: 3.3V 1.2A adaptador. •Accesorio Opcional Impresora de 58mm.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.