


| RESUCITADOR NEONATAL | |
|--|-----------------|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| 1 | Datos Generales |
| Descripción: RESUCITADOR NEONATAL | |
| Marca: | |
| Modelo: | |
| Origen: | |
| Dirección web del fabricante: | |
| Cantidad: 10 | |
| Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas. | |
| Norma de calidad General: ISO 13485 | |
| Imagen de referencia: | |
|  | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 2 | Características |
| Resucitador manual neonatal. | |
| Para respiración artificial y resucitación cardiopulmonar. Cuerpo Material: silicona 100% nivel médico d e280 ml, con mascarilla N° 1. | |
| Transparente, autoclavable, con valvula de seguridad sobre presiones, componentes sin latex | |
| Incluye válvula peep, mascarilla íntegra de silicona, bolsa reservorio, tubo para suministro de oxígeno y conector universal. | |
| 3 | Garantía |
| Deberá contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica. | |
| Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación). | |
| 4 | Documentación |
| Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado. | |
| Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años. | |
| Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado. | |