

# VIDEOCOLPOSCOPIO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: Equipo diseñado para uso en consultorio de Patología del Tracto Genital Inferior

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia:



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

Tubo binocular oblicuo con visión estereoscópica

Con ajuste a distancia interpupilar

Lente frontal u objetivo con distancia de trabajo 300 mm como mínimo

Oculares de 10 X o 12,5 X con ajuste dioptrías más 5

Cambiador de aumentos de cinco pasos o zoom

Enfoque fino manual o por zoom.

Estativo de piso

Base redonda con 5 ruedas como mínimo y freno por lo menos dos de ellas.

Brazo Articulado o pantografico, autocompensado o autobalanceado, Altura variable.

Iluminación led integrado al sistema, dentro del cabezal, estático o del brazo, fibra óptica.

Lámpara Led, con filtro verde, control de luminosidad variable

Cámara fotográfica digital de 16 megapíxeles o mayor adaptable al colposcopio, con impresora video color.

Alimentación eléctrica 220 Vca  $\pm 10\%$ /50 hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).

### 3

Garantía

	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
	<b>Documentación</b>
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.