

MESA QUIRURGICA GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción:	MESA QUIRURGICA GENERAL
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad:	5
Normas de calidad específicas:	CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General:	ISO 13485
Imagen de referencia	



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Cinco (5) Secciones: cabeza, dorso, renal o sentadura y (02) piernas
- Sección de las piernas bi-partida y desmontable completamente e intercambiables entre si.
- Movimiento de elevación y descenso (angulación vertical) de las piernas.
- Movimiento de angulación lateral de las piernas.
- Soporte de piernas ginecológico, con altura regulable y ángulo regulable, con sujeción de piernas.
- Revestida con material sintético ABS, pintura epoxica electrostática o de acero inoxidable.
- Superficie radio transparente, de fibra de carbono.
- Largo de la mesa: 200 cm o más.
- Ancho de la mesa: 55 cm o más.
- Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: ± 250 kg.
- Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa.
- Sistema de freno total eléctrico de la mesa de un solo accionamiento.
- Barandas laterales deslizantes de acero inoxidable, capaces de soportar el esfuerzo de los accesorios (material sólido, no hueco).
- Panel de control de movimientos en la base del equipo.
- Control remoto de movimientos, alámbrico .
- Resistencia minima de: 250 kg.
- Elevación desde 71 cm a 120 cm.
- Inclinación lateral: $\pm 20^\circ$ o más.
- Trendelemburg directo e inverso: -30° ó menor a $+30^\circ$ ó mayor
- Angulación vertical de la sección espalda: de -10° ó menos a $+65^\circ$ o más
- Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a $+20^\circ$ (eléctrica).
- Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90°
- Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a $+45^\circ$
- Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos ± 50 cm en total

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de batería con recarga automática al estar conectada a red. • Tensión de trabajo 220V. • Los accesorios deberán ser acolchados con las mismas especificaciones para los colchones. • Soportes para pies con fijadores laterales, en forma de bota ergonómica y ajustable, que permita la sujeción firme de los pies (1 par). • Soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables. • Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente (01 – una unidad). • Soporte lateral tórax (1 par). • Soporte lateral cadera (1 par). • Apoya hombros (1 par). • Soporte para brazos (1 par). • Cinchas inmovilizadoras (5 – cinco unidades). • Mesa auxiliar para operaciones de brazo (2 – dos unidades). • Soporte para Rx en toda la extensión de la mesa. • Prolongadores laterales para obesos, para todas las secciones de la mesa. • Porta sueros (01 – una unidad). • Carro porta accesorios (1 unidad) • Sistema de batería con recarga automática al estar conectada a red. • Tensión de trabajo 220V. • Los accesorios deberán ser acolchados con las mismas especificaciones para los colchones. • Soportes para pies con fijadores laterales, en forma de bota ergonómica y ajustable, que permita la sujeción firme de los pies (1 par). • Soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables. • Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente (01 – una unidad). • Soporte lateral tórax (1 par). • Soporte lateral cadera (1 par). • Apoya hombros (1 par).
	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para brazos (1 par). • Cinchas inmovilizadoras (5 – cinco unidades). • Mesa auxiliar para operaciones de brazo (2 – dos unidades). • Soporte para Rx en toda la extensión de la mesa. • Prolongadores laterales para obesos, para todas las secciones de la mesa. • Porta sueros (01 – una unidad). • Carro porta accesorios (1 unidad)
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.