

SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATAL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Set de Laringoscopio en acero inoxidable

Con tres laminas curvas de diferentes medidas, de acero inoxidable sanitario autoclavables a 135°C

Con mango normal, Incluir estuche adecuado para el mango y las hojas.

Que funciona con dos pilas pequeñas tipo A normal o similar

5 (cinco) Lámparas de repuesto, incluir pilas

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.