

MESA ELECTRICA MOTORIZADA PARA AUTOREFRACTOMETRO Y LAMPARA DE ENDIDURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: MESA ELECTRICA MOTORIZADA PARA AUTOREFRACTOMETRO Y LAMPARA DE ENDIDURA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas

Normas de calidad generales: ISO 13485.

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Mesa con regulación eléctrica de altura

- _ Elevación por medio de columna motorizada
- Cómodos interruptores de operación
- Con toma para conexión del equipo a usar en la mesa
- Con cajón para guardar accesorios
- Dimensiones de la tabla: 560 x 480 mm o mayor
- Rango de elevación: 180mm
- Mínima Altura: 630mm
- Máxima Altura: 810mm
- Peso: 21 kg
- Taburete de altura regulable a gas: 2 (dos)
- Alimentación eléctrica: 220 VAC/50Hz.
- Cable de alimentación eléctrica con toma tipo Schuko

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.