


MICROSCOPIO P/LABORATORIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	<b>Datos Generales</b>
Descripción: MICROSCOPIO P/LABORATORIO BINOCULAR	
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad: 4	
Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercurour, o al menos una de ellas.	
Norma de calidad General: ISO 13485	
Imagen de referencia	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	<b>Características</b>
Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.	
Estructura del estativo de acero satinada en pintura sacada al horno, antistática y resistente a la corrosión.	
Sistema modular intercambiable.	
Tubo binocular con dos oculares de gran campo.	
Revolver porta objetivos con sistema de cojinetes a bola y cuatro objetivos acromáticos.	
Platina mecánica de coordenadas X-Y con ajuste macro y micrométrico y pinza para láminas portaobjetos.	
Sistema de iluminación LED o halógena para exámenes en campo claro, con intensidad regulable.	
Condensador para campo claro, movimiento vertical con apertura de diafragma V6, tipo Abbe, Filtro azul y más.	
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	
Oculares gran angular N-WF50X /20mm con ajuste de dioptría 15 en los dos oculares con protectores de caucho.	
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x y 100x (de inmersión) con sistema de protección antihongos.	
Fuente de luz: LED o halógena 6W/50W aproximadamente, Corrección o balanceo de luz (filtro azul).	
Condensador tipo Abbe de 1.25 NA aprox.	
Alimentación eléctrica: 220V/50Hz.	
Manual de operación y servicio en español	
Kit de mantenimiento básico (para de goma con pinces fino y suave, solución de limpieza y papel secante).	
6 Simpara o ampoletas de repuestos como mínimo.	
Caja de transporte y protección.	
Manual de operaciones y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica.	
3	<b>Garantía</b>
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por piezas/defectos de fábrica.	
Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).	
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.	
4	<b>Documentación</b>
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico plerado.	
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.	
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.	