

CURETA DE LEGRADO ENDOMETRIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CURETA DE LAGRADO ENDOMETRIAL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 3

Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

DATOS GENERALES: Todos los instrumentales quirúrgicos deben estar fabricados con acero quirúrgico sanitario autoclavable a 135°C, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillante, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, las medidas pueden variar en +/- 1cm

Instrumental utilizado para extraer material de la cavidad endometrial, con extremo en forma de cuchara con un borde cortante, para extraer muestras de endometrio. De diferentes medidas: 7, 8, 9 mm

Medida: 30 cm. Vástago largo para acceso a tejido profundo. Mango ergonómico para un control superior.

OTROS REQUERIMIENTOS: El comité evaluador podrá solicitar al oferente una muestra para la realización de pruebas en autoclave.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.