

TENSIOMETRO PEDIATRICO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: TENSIOMETRO PEDIATRICO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 23
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 9001
	Imagen de referencia:
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción acorde a normas internacionales • Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura • Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire • Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro • Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad • Con 2 (dos) brazales, uno pediátrico y uno neonatal • Estuche para guarda y transporte. • Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta • Partes metálicas cromadas • Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg • Brazalate con tubo o manguera pediátrica Incluye estetoscopio.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.