

CAJA DE BIOPSIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CAJA DE ACERO INOXIDABLE

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

DATOS GENERALES: Caja con tapa, para almacenamiento, fabricados con acero quirurgico sanitario autoclavable a 135°C, libre de carbono, superficie lisa, opaca, bordes no cortantes, código individual grabado a láser.

Longitud: 30 cm

Ancho: 16 cm

Alto: 6 a 7 cm

OTROS REQUERIMIENTOS: El comité evaluador podrá solicitar al oferente una muestra de una caja para la realización de pruebas en autoclave.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.