

EQUIPO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS CON OTOEMISIONES ACUSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Equipo de potenciales evocados auditivos con Otoemisiones acústicas integrada.

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características Generales

Equipo de potenciales evocados con Otoemisiones acústicas integrada, para pruebas de detección (screening) y

Pantalla táctil en color LCD gráfico de al menos 3,5"

Diseño compacto

Teclado QWERTY o similar, que permite ingresar datos demográficos

Batería interna recargable de larga duración, de entre 6 - 8 horas

Software para ficha del paciente y generación de informe

El equipo debe contar con pruebas automatizadas (auto test), que examinen el funcionamiento del equipo, los

Características Técnicas Requeridas

Módulos necesarios en la plataforma de hardware

*ABR: Screening y diagnóstico. Tonos Burst, Tono Click y Tono Chirp (alto, medio y bajo), estado estable.

*ASSR: Procedimiento de nivel fijo y adaptativo

*TEOAE: Screening y diagnóstico

*DPOAE: Screening y diagnóstico

Transductores

2 (dos) Auriculares de inserción: ER-3ª o similar

2 (dos) Auriculares de copa: DD 45 o TDH 39 o similar

2 (dos) Vibrador Óseo: Transductor o vibrador Oseo B71 o B81 o similar.

2 (dos) Sonda OAE

Insumos y Descartables

	04- (cuatro) Cables para electrodos, tipo blindado
	1500- (mil) Electrodo adhesivos para PEA, en presentación de paquetes de 30 unid. o similar
	200 Olivas blandas para PEA, pacientes pediátricos
	200 Olivas insert para PEA, pacientes neonatos y pediátricos
	300 Olivas de goma para OEA, pacientes neonatos a 3 meses
	200 Olivas de goma para OEA, pacientes pediátricos
	03 (tres) envases de gel de preparación de piel
	SOFTWARE: software para análisis de datos colectados por el equipo. El mismo debe incluir:
	* Software libre (sin llave única), debe incluir licencia que permita transferir y almacenar datos a la
	* Manejo de información de pacientes.
	* Visualización de audiogramas
	* Posibilidad de generación de reporte
	* Software con posibilidad de elegir idioma
	* Control y visualización desde el propio equipo y transmisión en tiempo real a la PC, de ajustes, estudios y
	* Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 pacientes
	/Notebook).
	Requerimiento de la computadora
	*Computadora portátil. Debe incluir Licencia de Windows y de Microsoft Word
	*Windows Profesional actual con SO adecuado para el buen funcionamiento de equipo de potenciales
	*Office instalado y Windows activado
	*Pantalla: 15" o superior
	*Pantalla: Resolución 1920 x 1080 o superior
	*Procesador: 2 GHz o superior
	*Memoria RAM: 8 GB o superior
	*Disco Duro: 1 TB o superior HDD o SSD
	*USB 2,0; 3,0 (al menos uno de ellos)
	* 1 (un) mouse alámbrico y mouse pad
	* 1 (una) Impresora laser, para impresión de informes
	Otro requerimientos
	Alimentación: Fuente de alimentación del equipo: Batería interna recargable
	Normas de Seguridad: Normas de seguridad europea IEC 60601-1 (Seguridad general) Clase I, Tipo BF, IEC
	Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de
	Catálogos en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.