

BALANZA DE BIOIMPEDANCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción:

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUCIÓN

2 Características

Peso max: 150kg

Mediciones corporales: Porcentaje de grasa corporal

Porcentaje de masa muscular

Índice de Masa Corporal (IMC)

Edad Corporal

Nivel de Grasa Visceral

Peso Corporal

Gasto Eenergetico Basal

Evaluación física: Automática (Bajo, Normal, Elevado, Muy Elevado)

Almacenamiento: Hasta 4 usuarios

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--