

Mesa Quirúrgica Ginecoobstétrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 5

Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales.

Estructura de acero cromoniquel o satinada con pintura antiestática, secada al horno y pulido sanitario.

Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.

Tablero permeable a rayos x con soporte para portachasis de película radiográfica.

Estructura en varios segmentos.

Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.

Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.

Inclinaciones del lecho con activación por maniveles mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.

Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.

Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.

Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.

Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa mayor o igual 25°.

Inclinación lateral mayor o igual 15° (izquierda/derecha).

Inclinación de la placa de respaldo mayor o igual 60°/50° (subida/bajada).

Inclinación de la placa y apoya piernas mayor o igual 10°/100°(subida/bajada)

Posicionamiento para cirugía ginecológica

Capacidad mínima de 180 kilogramos.

Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.

Portachasis para Rayos X.

Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.

Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.

	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, 1 (un) cesto para residuos de parto, como mínimo.
	Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piecera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.
	Otros requerimientos: Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años despues de la adquisición del equipo
	Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
	Sobre averías/daños que el equipo sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.