

# OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: OTO- OFTALMOSCOPIO DE PARED

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

Equipo de diagnóstico utilizado para evaluación oto- oftalmológica, en consultorio. Equipado con 2 (dos) mangos ergonómicos, con un cabezal otoscopio y un cabezal oftalmoscopio, con luz halógena de 3,5 V. Con suministro eléctrico centralizado, eliminando la necesidad de baterías. Encendido y apagado automático, el equipo se apaga automáticamente cuando se pone el mango en la base. Cable de espiral de 3 mts.

Alimentación eléctrica 220VAC / 50 Hz

**Accesorios:** 4 juegos de espejos reusables para otoscopio. 2(dos) lámparas adicionales de repuesto por equipo

Mantenimiento preventivo durante el período de garantía

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

### 4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.