

APARATO DE RX ODONTOLOGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: APARATO DE RX PORTATIL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 4

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Comando digital
- Alimentación eléctrica: 220V / 50Hz con sistema de tierra.
- Manual de operación y servicio en español.
- 1 caja por 100 unidades de placas radiográficas para el equipo.
- ± 1 Delantal protector de plomo de tamaño mediano.
- Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes.
- Potencia del generador: 50 a 70 KV / 10 a 7 mA.
- Compatible con radiovisografía
- Indicador sonoro de emisión
- Capacidad de disparo (mínimo) de 0.01 a 2.9 seg.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--