

MESA PARA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: MESA PARA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

• Mesa quirúrgica móvil, flexible, que admita numerosas posiciones adaptable a la necesidad del procedimiento. Base de acero inoxidable. Con porta chasis en todas las secciones y accesorios radiotransparentes:

• Barra de tracción con articulación esférica incluyendo deslizador

• Barra de tracción con deslizador

• Dispositivo de tensión de tornillo

• Brazadera deslizante

• Placa de soporte

• Placas para piernas

• Carro para barras de tracción

• Carro para accesorios

• Adaptador para poste de contratracción de fémur

• Marco de tracción para posición en decúbito prono y lateral

• Adaptador de elongación para la artroscopia de cadera

• Ajuste vertical largo y corto

• Marco para paños estériles

• Adaptador de tibia

• Placa de elongación con tres orificios

• Placa de elongación con un orificio

Medidas: Longitud total con extensión de cabeceras y piernas 200 cm. Regulación de altura de 68 a 120 cm.

Base de acero inoxidable.

• Regulación:

Placa de cabeza: 60° a 90°; Trendelemburg 30°; Trendelemburg inverso 30°; Inclinación lateral 20°; Respaldo 40° a 90°; Flexión y Flexión inversa 210°/ 100°; Sección de piernas 15° a 90°.

• Colchón desmontable por partes, de espuma de alta densidad, cubierta de material lavable, electrostático e ignífugo.

3 Garantía

	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.